



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЮМТУ Росстандарта)**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Ставропольский отдел госнадзора)**

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, тел. (863) 297-29-02, факс. (863) 297-29-03
(адрес ЮМТУ Росстандарта, телефон, факс)

355035, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7А, тел. (8652)35-62-87, тел/факс.(8652) 35-36-71
адрес территориального отдела (инспекции) по Ставропольскому краю ЮМТУ Росстандарта, телефон, факс

г.Кисловодск, пр. Цандера,17
(место составления акта)

« 06 » октября 2016
(дата составления акта)

13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела (инспекции) госнадзора по Ставропольскому краю ЮМТУ Росстандарта
(Ставропольского отдела госнадзора)
наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта

Юридического лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 08- 26/161

По адресу/адресам: 357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, пр. Цандера,17
(место проведения проверки)

На основании приказа от «12» сентября 2016 г. № 01-30/1214, ЮМТУ Росстандарта
(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска, (МБОУ СОШ № 15)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» 10. 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность -4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, адрес заявителя, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекцией) государственного надзора по Ставропольскому краю ЮМТУ Росстандарта (Ставропольским отделом госнадзора)
(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор Коваленко Ирина Анатольевна

27.09.2016 г. в 11 час. 25 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Либерман Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностное лицо, производящего проверку), в случае привлечении к участию в проверке инспектора, инспектора организации (подразделения, филиала, иного территориального подразделения) государственного надзора или наименование инспектора организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Коваленко Ирина Анатольевна, заместитель директора по АХР Багдасарян Манук Оганесович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска применяет средства измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляет следующие виды деятельности: реализация программ начального общего образования, реализация программ основного общего образования и далее по уставу. ОГРН- 102260311688, ИНН- 2628033361, ОКВЭД- 85.14-образование среднее общее.

1. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного метрологического надзора:

Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений: при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

эталонами единиц величин, средствами измерений, стандартными образцами в соответствии с требованиями нормативных документов обеспечены

(обеспечены, не обеспечены)

Из 2 измерений не оснащены средствами измерений

к-во

средствами измерений,

0 измерений

к-во

стандартными образцами

(перечень этих измерений и перечень недостающих СО, СИ и т.д.)

Проверено:

1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них 0 с нарушением обязательных

(количество)

(количество)

требований.

2) 16 ед. применяемых средств измерений, из них 0 с нарушением обязательных

(количество)

(количество)

требований.

Перечень средств измерений, подвергнутых федеральному государственному метрологическому надзору, проведен в протоколе проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям (см. Приложение № 1).

3) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для

(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,

из них 0 с нарушением обязательных требований.

(количество и наименование типов средств измерений)

4) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них 0 с нарушением

(количество)

(количество)

обязательных требований.

5) 2 методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования

(количество)

обеспечения единства измерений, из них 0 применяются не аттестованными.

(количество)

Методики предназначены для выполнения прямых измерений, то есть методики в соответствии, с которыми искомое значение величины получают непосредственно от средств измерений утвержденного типа.

6) соблюдение требований 0 аттестованных методик измерений, из них требования 0

(количество)

(количество)

из них требования 0 не соблюдаются.

(количество)

Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений _____ соответствуют требованиям документации на них.
соответствуют, не соответствуют

Применяемые средства измерений утвержденного типа (знак утверждения типа нанесен на сопроводительную документацию), поверены, межповерочные интервалы соблюдается. Отметка о поверке средств измерений подтверждена паспортами о поверке, а также поверительными клеймами. Требования, по обеспечению ограничения доступа к определенным частям СИ, для предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, соблюдаются. В наличие и без повреждений на средствах измерений имеются пломбы, несущие на себе поверительные клейма. В наличии имеется сопроводительная документация на средства измерений (паспорта и технические описания). Периодичность представления на поверку средств измерений соблюдается. Соблюдены требования к условиям эксплуатации, хранения, техническому обслуживанию СИ. Обязательные требования к измерениям, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, соблюдаются.

Требования к наименованию и обозначению, применению и написанию единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, соблюдаются. Обязательные требования к условиям эксплуатации средств измерений, соблюдаются.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям:

не выявлены

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) ; данный вид деятельности предприятие не осуществляет.

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска соблюдаются обязательные требования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

- при осуществлении торговли , выполнении работ по расфасовке товаров, Федеральный закон « Об обеспечении единства измерений» № 102 ФЗ соблюдается. Федеральный закон « Об обеспечении единства измерений» № 102 ФЗ соблюдается.
- при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, Федеральный закон « Об обеспечении единства измерений» № 102 ФЗ соблюдается.

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов : государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов **не проводился.**

Проверено:

Наименование проверяемой продукции, коды по ОК -005 (ОКП):

Стадия жизненного цикла: реализация (поставка, продажа)

Наименование изготовителя и поставщика :

Обозначение, наименование нормативных документов, технических регламентов, на соответствие требованиям которых проводилась проверка: **не проводилась.**

В ходе проведения проверки :

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием пунктов законодательных и нормативных правовых актов): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Старший государственный инспектор
Ставропольского отдела госнадзора

ЮМТУ Росстандарта

(должность проверяющего)

Директор

(должность уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченный представитель

(подпись)

(подпись)

И.Б. Либерман

(фамилия, инициалы)

И.А.Коваленко

(фамилия, инициалы)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол проверки применения средств измерений (Приложение № 1)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор Ставропольского
отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Либерман
Ирина Борисовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Коваленко Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» 10 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(должность уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Протокол № 1

**проверки применения эталонов единиц величин, стандартных образцов,
средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям**

Начало проверки: «06» октября 2016г. 09 час. 00 мин.

Окончание проверки: «06» октября 2016г. 11 час. 00 мин.

Лицо(а), проводившие проверку: Старший государственный инспектор Ставропольского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта Либерман Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

в присутствии : директора Коваленко Ирины Анатольевны, заместителя директора по АХР Багдасарян Манука Оганесовича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проведена проверка эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям, принадлежащих:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска

наименование субъекта хозяйственной деятельности,

г.Кисловодск, пр.Цандера,17

местонахождение

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование, тип проверенных эталонов, единиц величин, стандартных образцов, средств измерений	Заводской или регистрационный номер	Кол-во проверенных единиц	Поверены (аттестованы), дата поверки (информация о поверке)	Признано непригодными, ед.	Вид нарушения	сферы	МПИ
	1	2	3	4	5	6	7	8
КОММЕРЧЕСКИЕ УЗЛЫ УЧЕТА, ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ.								
1	Счетчик холодной воды ВК-Х40	Зав № 4112315	1	I кв 2014 Поверительное клеймо ФБУ «Пятигорский ЦСМ»	-	-	07	6 лет
2	Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В	Зав № 085158060363 5107 085158060363 7514	2	IV кв 2004 Поверительное клеймо ЗАО «Энергомера»	-	-	07	16 лет

3	Трансформаторы тока измерительные на напряжение 0,66 кВ, типа ТТИ	Зав № U11363 U11342 U7780 U7777 U7802 U10418	6	II кв 2016 Поверительное клеймо ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	-	-	07	5 лет
4	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 мод 04	Зав № 54936	1	24.06.2016 г. (свидетельство о поверке № P/036933 выданное ООО «Региональный СТАНДАРТ», действительно до 23.06.2020 г.)	-	-	07	4 года
5	Преобразователь расхода Метран 300ПР	Зав № 689672 683412	2	24.06.2016 г. (свидетельство о поверке № P/036935, P/036934 выданное ООО «Региональный СТАНДАРТ», действительно до 23.06.2020 г.)	-	-	07	4 года
6	Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	Зав № 11861 г/х	1	24.06.2016 г. (свидетельство о поверке № P/036932 выданное ООО «Региональный СТАНДАРТ», действительно до 23.06.2020 г.)	-	-	07	4 года
7	Манометр технический ТМ	Зав № б/н	3	10.2016 Поверительное клеймо ФБУ «Ставропольский ЦСМ»	-	-	05	1 год
ИТОГО			16					

